



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.002.A № 26524

Срок действия до 05 марта 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители-регуляторы технологические (милливольтметры универсальные) ИРТ 1730

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЕМЕР", г. Москва, г. Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 17156-07

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

Раздел "Методика поверки" паспортов НКГЖ.411618.003-02ПС, НКГЖ.411618.003-05ПС

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 марта 2012 г. № 125

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

  
Е.Р.Петросян



03 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 003753

Срок действия до 03 февраля 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 февраля 2017 г. № 201

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.