



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.30.158.А № 73292

Срок действия до 25 марта 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи давления измерительные АИР-10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие "ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 31654-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
НКГЖ.406233.052МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года - для преобразователей с пределами допускаемой основной приведенной погрешности $\pm 0,1$ и $\pm 0,2$ %; 5 лет - для преобразователей с пределами допускаемой основной приведенной погрешности $\pm 0,25$, $\pm 0,4$, $\pm 0,5$ и $\pm 0,6$ %

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 марта 2019 г. № 622

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства


А.В.Кудшов
" 03 2019


Серия СИ

№ 035270