



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Публичное акционерное общество «Саранский приборостроительный завод»

Основной государственный регистрационный номер: 1021301063464.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности:
430030, Россия, город Саранск, улица Васенко, дом 9; номер телефона: 8(8342)29-65-18;
адрес электронной почты: spz-metrolog@saranskpribor.ru

в лице Генерального директора Набиуллина Марата Идрисовича

заявляет, что Преобразователи избыточного давления ПД-Р.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4212-133-00227471-2008
«Преобразователи избыточного давления ПД-Р».

изготовитель: Публичное акционерное общество «Саранский приборостроительный завод».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности
по изготовлению продукции: 430030, Россия, город Саранск, улица Васенко, дом 9.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9026 20 800 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 6 от 15.03.2017 Испытательной лаборатории Публичного акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»; технических условий, паспорта оборудования.
Схема декларирования 1д.

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний», ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC 61000-4-5:95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования».

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы - 12 лет.

Срок хранения – 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.04.2022 включительно.

(подпись)



Набиуллин Марат Идрисович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д- RU.AT15.B.01893

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.04.2017